

1. Zweck

Ziel der Arbeitsanweisung ist, sicherzustellen, dass in der Praxis nur Geräte in einwandfreiem Zustand zum Einsatz kommen.

2. Abkürzungen

-

3. Geltungsbereich

Wartung Geräte

4. Verantwortlichkeit

Ärztliche Leitung / MPK / Leitende/r MPA

5. Durchführung

Die in der Praxis verwendeten Geräte und das Mobiliar werden regelmässig oder gemäss Angaben der Hersteller gewartet und/oder kalibriert. Bei jedem Gerät informiert eine Etikette oder ein Dokument über die durchgeführten Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten oder über vorgenommene Kalibrierungen. Damit sichergestellt werden kann, dass die nächsten Wartungen/Kalibrierungen eingehalten werden, wird in der elektronischen Agenda eine Erinnerungsfunktion für jedes einzelne Gerät eingetragen.

Sämtliche Geräte müssen nach einem adäquaten Verfahren gewartet werden.

Die beauftragte Person trägt sämtliche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten im Wartungsformular ein, bestätigt die Arbeiten mit Visum und lässt die Einträge von der gesamtverantwortlichen Person visieren.

Die beauftragte Person trägt Kalibrierungen im Kalibrierungsformular ein, bestätigt die Arbeiten mit Visum und lässt die Einträge von der gesamtverantwortlichen Person visieren

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	2.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			

Praxis PD Dr.med. A. Häffner	3.5 Wartung/Kalibrierung	Qualitätshandbuch Seite 32 von 80
---------------------------------	--------------------------	--

Sämtliche Nachweisdokumente werden im Ordner Wartung/Kalibrierung eingeordnet.
Zertifikate, Protokolle, etc. sind 10 Jahre aufzubewahren.

5.1 Betroffene Geräte

Temperatursensoren in der Apotheke und im Kühlschrank (Kalibrierung)
Blutdruckmessgerät, Defibrillator, Autoclav, ect.

6. Mitgeltende Dokumente/ Unterlagen

Form Wartung/Kalibrierung

7. Quelle

<https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/amt-fuer-gesundheit/pharmazeutische-abteilung/arzneimittel-detailhandel>

	erstellt	geprüft	freigegeben
Datum	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Name	Häffner/Hartmann	Häffner	Hartmann
Versionsnummer	2.0		
Aktualisiert am			
Änderungsgrund			